

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8133-0

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
2-10 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 6% / + 6%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value lowest / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.		
						min.	max.
2 Nm						1.88 Nm	2.12 Nm
6 Nm						5.64 Nm	6.36 Nm
10 Nm						9.4 Nm	10.6 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8133-1

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
5-25 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value lowest / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.		
						min.	max.
5 Nm						4.8 Nm	5.2 Nm
15 Nm						14.4 Nm	15.6 Nm
25 Nm						24 Nm	26 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8133-2

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
20-100 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value lowest / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.		
						min.	max.
20 Nm						19.2 Nm	20.8 Nm
60 Nm						57.6 Nm	62.4 Nm
100 Nm						96 Nm	104 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8133-3

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
40-200 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value lowest / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.		
						min.	max.
40 Nm						38.4 Nm	41.6 Nm
120 Nm						115.2 Nm	124.8 Nm
200 Nm						192 Nm	208 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.