

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-0

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
5-25 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	Limit Values	
						min.	max.
5 Nm						4,8 Nm	5,2 Nm
15 Nm						14,4 Nm	15,6 Nm
25 Nm						24 Nm	26 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-1

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
10-50 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
10 Nm						9,6 Nm	10,4 Nm
30 Nm						28,8 Nm	31,2 Nm
50 Nm						48 Nm	52 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-2

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
20-100 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
20 Nm						19,2 Nm	20,8 Nm
60 Nm						57,6 Nm	62,4 Nm
100 Nm						96 Nm	104 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-3

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
40-200 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
40 Nm						38,4 Nm	41,6 Nm
120 Nm						115,2 Nm	124,8 Nm
200 Nm						192 Nm	208 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-4

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
60-340 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
68 Nm						65,28 Nm	70,72 Nm
204 Nm						195,84 Nm	212,16 Nm
340 Nm						326,4 Nm	353,6 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-5

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
150-750 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
150 Nm						144 Nm	156 Nm
450 Nm						432 Nm	468 Nm
750 Nm						720 Nm	780 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.

Konformitätserklärung

Certificate of Conformance

gemäß
DIN EN ISO 6789-1:2017

in accordance with
DIN EN ISO 6789-1:2017

Artikel-Nr. / Item-No.
8122-6

Serien-Nr. / Serial-No.

Messbereich / Measuring range
200-1000 Nm

Höchstzulässige Abweichung / Maximum permissible deviation
- 4% / + 4%

Prüfrichtung / Test direction
Rechts / clockwise

Umgebende Temperatur / Ambient Temperature

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Prüfdatum / Test Date

Prüfer / Tested by

Eingestelltes Drehmoment Torque Value 20% / 60% / 100%	Abgelesener Wert Reading					Grenzwerte Limit Values	
	1.	2.	3.	4.	5.	min.	max.
200 Nm						192 Nm	208 Nm
600 Nm						576 Nm	624 Nm
1000 Nm						960 Nm	1040 Nm

Die in der Tabelle angegebenen Grenzwerte und das für die Prüfung verwendete Testgerät entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 6789-1:2017.
The limits shown and the test equipment used for this declaration of conformance comply with the requirements of DIN EN ISO 6789-1:2017.

Das zur Durchführung dieses Tests verwendete Messgerät wurde kalibriert, um die Rückverfolgbarkeitsanforderung nach ISO 17025: 2005 zu erfüllen.
The measurement device used to conduct this test has been calibrated to meet ISO 17025:2005 traceability requirement.

Messunsicherheit des verwendeten Prüfgeräts +/- 1%.
Uncertainty of measurement of the Measuring-Equipment +/- 1%.

Dieses Zertifikat wird maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate is generated electronically and is valid without a signature.